



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

PREGÃO Nº 047/2018

PROCESSO Nº 078/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, de acordo com a Proposta nº 11836.627000/1180-26, conforme especificações constantes no anexo I.

RETIFICAÇÃO

ANEXO I

Onde se lê:

22	04	Un.	ELETROCARDIÓGRAFO Especificação Técnica: Eletrocardiografo; 12 Derivacoes Simultaneas, Identificacao Automatica de Todas As Derivacoes; Com Sensibilidade (ganho) Ajuste Entre N/2,n e 2n; Velocidade de Registro 5, 10, 25, 50 e 100 Mm/seg; Filtro para Ruidos de Rede e Tremor Muscular e Protecao do Paciente Atraves de Entrada Flutuante; Sinal de Calibracao Correcao Automatica de Linha de Base; Impressora Integrada, Display Lcd Touch Screen Integrado Minimo 6". Teclado Alfanumerico Integrado; Protecao Contra Descarga de Desfibrilador e de Bisturi Eletrico.atender Nbr Iec 60601-1 e 60601-2-25; Com Interfaces para Comunicacao Via Usb e Rede Lan. Tranferencia de Exame Em Formato Pdf e Xml; Alimentacao Bivolt Automatico,c/ Bateria Interna Recarreg., Autonomia de 25 Min. de Registro Continuo de Ritmo; Dimensoes: Equipamento Devera Ser Portatil; Acompanha: Cabo Ecg 10 Vias, Carro Movei, Software de Interpretacao; Inclui: Garantia de 1 Ano, Manual Operacional, Treinamento e Assistencia Tecnica
----	----	-----	---

Leia-se:

22	04	Un.	ELETROCARDIÓGRAFO Especificação Técnica: Eletrocardiografo; 12 Derivacoes Simultaneas, Identificacao Automatica de Todas As Derivacoes; Com Sensibilidade (ganho) Ajuste Entre N/2,n e 2n; Velocidade de Registro entre 5 e 50 Mm/seg; Filtro para Ruidos de Rede e Tremor Muscular e Protecao do Paciente Atraves de Entrada Flutuante; Sinal de Calibracao Correcao Automatica de Linha de Base; Impressora Integrada, Display Lcd Touch Screen Integrado Minimo 6". Teclado Alfanumerico Integrado; Protecao Contra Descarga de Desfibrilador e de Bisturi Eletrico.atender Nbr Iec 60601-1 e 60601-2-25; Com Interfaces para Comunicacao Via Usb e Rede Lan. Tranferencia de Exame Em Formato Pdf e Xml; Alimentacao Bivolt Automatico,c/ Bateria Interna Recarreg., Autonomia de 25 Min. de Registro Continuo de Ritmo; Dimensoes: Equipamento Devera Ser Portatil; Acompanha: Cabo Ecg 10 Vias, Carro Movei, Software de Interpretacao; Inclui: Garantia de 1 Ano, Manual Operacional, Treinamento e Assistencia Tecnica
----	----	-----	--

Data de Entrega dos documentos e propostas: 25/09/2018 as 10:00 horas.

Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP.

O Edital retificado encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.

Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 11 de setembro de 2018.

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
Prefeito Municipal

KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA
Setor de Licitação