

**De:** Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi  
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 11 de maio de 2022 08:17  
**Para:** informatica@itajobi.sp.gov.br  
**Assunto:** Fwd: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Edital 028/2022

**Sinalizador de acompanhamento:** Acompanhar  
**Status do sinalizador:** Sinalizada

Bom dia.

Favor disponibilizar esclarecimento referente ao Pregão nº 028/2022 no site da Prefeitura Municipal de Itajobi.

Kelli

---

**[Prefeitura do Município de Itajobi - SP](#)**

**Setor de Licitação**

**(17) 3546-9000**

----- Mensagem original -----

**Assunto::**Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Edital 028/2022

**Data:**10/05/2022 15:31

**De:**ALMOXARIFADO SAÚDE ITAJOBÍ <almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br>

**Para::**Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

**Responder para:**almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br

---Boa tarde, o referido kit é com 25 unidades.

***Atenciosamente,***

***Keli Daiani Angeloti / Carlos Henrique Fonseca Gomes***

***Almoxarifado Dep. de Saúde de Itajobi***

***E-mail: [almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br](mailto:almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br)***

***Fone: (17) 3546-9029***

***WhatsApp: (17)99138-7317***

Em 09/05/2022 13:11, ALMOXARIFADO SAÚDE ITAJOBÍ escreveu:

Boa Tarde!

O kit conforme consta no edital quer dizer:

- 1 dispositivo de teste
- 1 tubo de extração
- 1 swab estéril

Referente a sensibilidade no edital está claro, **igual ou maior a 95,0%**.

---

***Atenciosamente,***

***Keli Daiani Angeloti / Carlos Henrique Fonseca Gomes***

***Almoxarifado Dep. de Saúde de Itajobi***

***E-mail: [almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br](mailto:almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br)***

***Fone: (17) 3546-9029***

***WhatsApp: (17)99138-7317***

Em 06/05/2022 16:48, Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi escreveu:

----- Mensagem original -----

**Assunto::**Pedido de Esclarecimento - Edital 028/2022

**Data:**06/05/2022 16:41

**De:**Priscila de Assis Lima <plima@ibmp.org.br>

**Para:**"licitacao@itajobi.sp.gov.br" <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

**Cc:**Comercial IBMP <comercial@ibmp.org.br>

Prezada Equipe de Licitação,  
Boa tarde!

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão, em conformidade com Edital do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022.

Os questionamentos a seguir citados são para esclarecimentos do item 01 com descrição de Teste para Covid - 19 Antígeno.

- No termo de referência é citado TIPO KIT, porém no mercado temos diversos modelos ofertados sendo por exemplo Kits com 20 ou 25 testes, o correto não seria TIPO TESTE?
- Sobre a sensibilidade que deverá ser igual ou superior a 95,0%, poderá ser produto com sensibilidade a partir de 91,0% ?

Assim, ante o exposto requer seja prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar dúvidas do referido edital.

Desde já agradeço a atenção,  
Atenciosamente,



**Priscila de Assis Lima**

**Desenvolvimento de Negócios**

**Fone: +55 (41) 3165-4240 | 9 9268-5203**

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ - IBMP

Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, Curitiba - PR

[www.ibmp.org.br](http://www.ibmp.org.br) | [plima@ibmp.org.br](mailto:plima@ibmp.org.br)