

De: Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 08:59
Para: informatica@itajobi.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 021/2025 - MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Bom dia.

Encaminho esclarecimento do Pregão Presencial nº 021/2025 para ser disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Itajobi.

Kelli

Prefeitura do Município de Itajobi - SP

Setor de Licitação

(17) 3546-9000

----- Mensagem original -----

Assunto::Fwd: Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
- PE 021/2025 - MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
Data:15/10/2025 08:56
De:Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Para::lara.carlos@medtronic.com

----- Mensagem original -----

Assunto::Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL
LTDA - PE 021/2025 - MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
Data:15/10/2025 07:05
De:ALMOXARIFADO DEPARTAMENTO DE SAÚDE ITAJOBÍ
<almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br>
Para::Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Responder para:almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br

Bom dia!

Sendo dessa forma sim, aceitaremos com essa validade.

Atenciosamente,

Keli Daiani Angeloti

Almoxarifado Dep. de Saúde de Itajobi

E-mail: almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br

Fone: (17) 3546-9029

WhatsApp: (17)99138-7317

Em 14/10/2025 13:53, Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto::PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 021/2025
- MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Data:14/10/2025 12:19

De:"Carlos, Lara" <lara.carlos@medtronic.com>

Para::"licitacao@itajobi.sp.gov.br" <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Cc::"Santos, Zuleide" <zuleide.c.santos@medtronic.com>, "Marinho, Karina"
<karina.b.marinho@medtronic.com>

Prezados, bom dia. A AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.645.409/0003-90, apresenta o seguinte esclarecimento:

Analizando o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2025 – MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ e com a intenção de apresentarmos nossa proposta de maneira correta, solicitamos a gentileza de nos esclarecer sobre os questionamentos abaixo:

Os transmissores de Glicemia Guardian Link **MMT-7910W1** possuem uma bateria interna, recarregável, não substituível, com vida útil de aproximadamente **1 ano** após o início de uso. Para o pleno funcionamento da bateria interna, a primeira carga deve ocorrer dentro de **6 meses** da data de fabricação do produto. No entanto, informamos que como são fabricados fora do país, o processo de importação pode levar até 2 meses para disponibilidade de comercialização na Medtronic Brasil.

Pergunta: os transmissores serão aceitos com prazo de validade de 90 (noventa) dias para sua recarga no paciente?

Informamos também que os sensores **MMT-7020C1** apresentam validade de **12 meses** a partir da sua fabricação. Por se tratar de produto importado, é necessário levar em consideração que há um prazo para sua importação, logística e trâmites de desembaraço aduaneiro. Assim, o sensor, no seu momento de entrega, possuirá validade **pelo menos de 6 meses** da data de sua fabricação para comercialização no Brasil.

Pergunta: os sensores serão aceitos com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias?

Obrigada e sendo assim, aguardamos retorno desta R. Administração

Atenciosamente,

Lara de Lima Carlos

Estagiária de Licitação | Captação | Bid &Tenders

Medtronic

Tower Bridge Corporate

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 / 10º Floor | São Paulo, SP, 04576-010 | Brazil

lara.carlos@medtronic.com

medtronic.com | [Facebook](https://www.facebook.com/medtronic) | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/medtronic) | [Twitter](https://twitter.com/medtronic) | [YouTube](https://www.youtube.com/user/medtronic)

Medtronic

Engineering the extraordinary

[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable

law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser: <http://emaildisclaimer.medtronic.com>